

安庆经开区养老服务中心医疗设备及办公用品采购项目异议回复



问：数字化 X 射线摄影设备 (DR) 第 2.1.6、2.2.7、2.2.8、2.4.1、2.4.2、2.5.8、2.6.6、2.6.10、2.7.7、2.7.9、2.7.22、2.7.23 参数均具有唯一性和指向性，建议删除或修改。

答：1、删除第 2.2.8 及 2.5.8 项参数；

2、第 2.4.1 项参数修改为：摄影台垂直移动范围 $\geq 1300\text{mm}$ ；

3、第 2.7.22 项参数修改为：具有 DAP 剂量面积乘积显示功能。

4、其他内容按招标文件及 2024 年 9 月 13 日异议回复内容执行。

综上，符合要求的产品有普利德 PLD5900、锐珂 DRX-Compass F、万东新东方 1000NA。

投标人如认为参数仍具有倾向性和指向性，需提供相关证明材料。

若投标人对异议答复不满意，可以书面形式向安庆皖江高科创业服务有限公司提出投诉。

2024 年 9 月 26 日